



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 20202029004001 号
Certificate No.



委托方

Customer

中核四〇四有限公司

委托方地址

Address of Customer

甘肃矿区

样品名称

Name of Sample

智能消解仪(加热器)

型号/规格

Type /Specification

6B-12B

样品编号

Sample No.

SAH2020B12B-564

制造单位

Manufacturer

江苏盛奥华环保科技有限公司

校准

Calibrated by

陈璐

陈璐

(证书 / 报告专用章)

Stamp

常州核量
CHANGZHOU MEASUREMENT

核量

Checked by

潘永泉

潘永泉

批准

Authorized by

潘永泉

潘永泉

批准日期

Authorize Date

2020-11-09

样品接收日期

Date of Received

2020

年

11

月

09

日

Day

校准日期

Date of Calibrated

2020

年

11

月

09

日

Day

地址: 常州市武进区鸣新中路 16 号

Address 16 Mingxin Middle Road, Changzhou, Jiangsu

邮政编码: 213164

Post code

电话: 4008580800

Tel.

网址: <http://www.czjl.net>

Website

投诉电话: 0519-81002513

Tel. for Complain

传真: 0519-81002098

Fax.

防伪码: 4ce3 5a88 b7fc 3e1c c46b 913e fa0c 6d2e



扫描全能王 创建



说 明

编号：第 202029004001 号

No.

第 2 页 共 3 页

Directions

Page of

本实验室是国家法定计量检定机构，计量授权证书号：(苏)法计(2018)1004号、(苏)法计(2019)2059号。

This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏)法计(2018)1004号、(苏)法计(2019)2059号.

本次校准的技术依据：

Reference documents for the Calibration

JJF 1101-2019

《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

本次校准所使用的计量标准或主要计量器具：

Measurement standards or Major measuring instruments used in the Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度 等级或最大允差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE	证书号/溯源机构 Certificate No./ Testing institute	有效期至 Due Date
温湿度试验设备自动 检定系统	(-80~300) °C	温度 MPE: ±0.15°C	20196000936001/常州 市计量测试技术研究 所	2020-12-30

常州计量

CHANGZHOU MEASUREMENT

校准地点、环境条件：

Place and environmental conditions of the Calibration

地点： 实验室 温度： 20 °C 相对湿度： 45 % 大气压： / kPa
Place Temperature R.Humidity Air pressure

防伪码： 4ce3 5a88 b7fc 3e1c c46b 913e fa0c 6d2e



扫描全能王 创建

1. 校准结果

测试温度/°C	温度上偏差/°C	温度下偏差/°C	温度波动度/°C	温度均匀度/°C
290	0.8	-1.0	±0.3	1.5

温度偏差的测量扩展不确定度为: $U=0.6^{\circ}\text{C}$, $k=2$

以下空白



常州计量

CHANGZHOU MEASUREMENT

注: 1. 本校准结果只对所校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

防伪码: 4ce3 5a88/b7fc 3e1c c46b 913e fa0c 6d2e



扫描全能王 创建